



## Certificado de Análise

**MEIO DE CULTURA:** CALDO BHI

### INDICAÇÃO

Meio de enriquecimento indicado para o cultivo de microrganismos exigentes.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Lote</b>     | CBHI2082617 |
| <b>Validade</b> | 17.02.2027  |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Cor</b>             | Âmbar          |
| <b>Volume envasado</b> | 2,0 ml         |
| <b>Apresentação</b>    | 13x100 mm      |
| <b>Odor</b>            | Característico |
| <b>pH</b>              | 7,4±0,2 a 25°C |

### CONTROLE DE QUALIDADE

| Cepas                                      | Resultado de crescimento |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973    | Alta turbidez            |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> NCTC 12977 | Alta turbidez            |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> NCTC 12696   | Alta turbidez            |

### ESTERILIDADE


Ausência de crescimento de microrganismos.

### CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

### DATA DE LIBERAÇÃO

20.08.2026

  
**BRUNO JAEGER LARANJEIRA**  
Responsável Técnico  
CRBM 1370

### AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: [agarlabltda@gmail.com](mailto:agarlabltda@gmail.com) Site: [www.agarlabltda.com.br](http://www.agarlabltda.com.br) Sac: [sac.agarlab@gmail.com](mailto:sac.agarlab@gmail.com)