



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: ÁGAR CROMOGÊNICO PARA CANDIDA

INDICAÇÃO

Meio destinado ao isolamento seletivo e diferencial de espécies de **Cândida**.

Lote	CROC092616
Validade	16.12.2026

Cor	Amarelo perolado
Espessura	3,5 mm
Apresentação	90x15 mm
Odor	Característico
pH	5,9±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Candida albicans</i> NCPF 3179	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias verdes claras a verdes médias
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 1369	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias azuis escuras a azuis metálicas
<i>Candida krusei</i> ATCC 34135	Crescimento ≥ a 100 ufc de colônias rosas claras com bordas esbranquiçadas

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

18.09.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com