



Certificado de Análise

MEIO DE CULTURA: CALDO TIOGLICOLATO

INDICAÇÃO

Meio utilizado para a cultura de microrganismos anaeróbios, microaerófilos e aeróbios em materiais oriundos de sítios estéreis.

Lote	CTGL8092604
Validade	04.03.2027

Cor	Âmbar claro *Se mais de um terço superior do meio adquiriu uma cor rosa, o meio pode ser restaurado em banho maria ou em vapor fluído até que a cor rosa desapareça.
Volume envasado	8,0 ml
Apresentação	16x150 mm
Odor	Característico
pH	7,1±0,2 a 25°C

CONTROLE DE QUALIDADE

Cepas	Resultado de crescimento
<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12973	Alta turbidez
<i>Streptococcus pneumoniae</i> NCTC 12977	Alta turbidez

ESTERILIDADE

Ausência de crescimento de microrganismos.

CONCLUSÃO

O lote analisado apresenta as características padrões de acordo com as especificações do produto, portanto é considerado APROVADO para uso.

DATA DE LIBERAÇÃO

08.09.2026


BRUNO JAEGER LARANJEIRA
Responsável Técnico
CRBM 1370

AGAR LAB SERVIÇOS LTDA

Rua Holanda, nº 980, Jardim Cearense – Fortaleza – Ceará – CEP: 60712-165

Fone: (85) 2181-8042/98898-6088 – CNPJ: 21.753.797/0001-78 – IE:06.442340-9

E-mail: agarlabltda@gmail.com Site: www.agarlabltda.com.br Sac: sac.agarlab@gmail.com